

NOVA T/ενδομήτρια συσκευή /BAYER ΕΛΛΑΣ

Η Εταιρεία BAYER μας ενημερώνει ότι ανακαλεί εθελοντικά τις παρτίδες TU00NBF (λήξη 04/17), TU011D8 (λήξη 02/18) και TU013RL (λήξη 05/18) του ιατροτεχνολογικού προϊόντος NOVA T/ενδομήτρια συσκευή.

Ο λόγος της εθελοντικής απόσυρσης αφορά σε θέμα ποιότητας και η Εταιρεία έχει ήδη ενημερώσει σχετικά τον Ε.Ο.Φ.

Σας παρακαλούμε όπως ελέγξετε και μας επιστρέψετε τυχόν απόθεμά σας των συγκεκριμένων MONO παρτίδων έως την Τετάρτη 23/12/15.