

Ταινίες μέτρησης γλυκόζης αίματος TRUEresult strips / PARAPHARM INTERNATIONAL

Ο ΕΟΦ μας ενημερώνει ότι ανακαλείται η παρτίδα FS1309IGR του ιατροτεχνολογικού προϊόντος ταινίες μέτρησης γλυκόζης αίματος TRUEresult strips, λόγω λάθους στη διαδικασία συσκευασίας.

Σας παρακαλούμε όπως ελέγξετε και μας επιστρέψετε τυχόν απόθεμά σας του συγκεκριμένου προϊόντος (παρτίδα FS1309IGR) έως την Παρασκευή 10/06/16.