

ECOVAG BALANCE ΚΟΛΠΙΚΑ ΔΙΣΚΙΑ Χ10/ FREZYDERM

Η εταιρεία Frezyderm μας ενημερώνει ότι αποσύρει το σκεύασμα ECOVAG BALANCE ΚΟΛΠΙΚΑ ΔΙΣΚΙΑ Χ10, διότι σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό (ΕΕ) 2017/745 σχετικά με τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, απαγορεύεται η χρήση βιώσιμων οργανισμών (ζώντες γαλακτοβάκιλλοι) για τη θεραπεία κολπικών νόσων σε Ι/Π.

Σας παρακαλούμε όπως ελέγξετε και μας επιστρέψετε τυχόν αδιάθετο απόθεμα του συγκεκριμένου προϊόντος έως 16/07/21